

**Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Szczercowie**  
**OŚRODEK ZDROWIA W SZCZERCOWIE**  
97-420 Szczerców, ul. Mickiewicza 39 b  
tel. 44 631 80 20  
Regon 592157770, NIP 769-19-61-779  
Sygn. 054 /140140/01/070/17

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego

Pismo: SPZOZ.ZP.2.2017

Szczerców, 25 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego pn. „**Dostawa systemu do prób wysiłkowych (bieżni) z oprogramowaniem i komputerem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie**”.

**Treść pytań jest następująca:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych pracującego pod systemem operacyjnym Linux OpenSuse? Na komputerze dodatkowo zainstalowany jest system Windows, wybór wczytywanego systemu operacyjnego odbywa się w momencie włączenia komputera.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez możliwości wyboru kryterium określającego tętno maksymalne osobno dla kobiet i mężczyzn?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez analizy arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez możliwości archiwizacji badań na nośniku USB? Archiwizacja badań odbywa się na dysku twardym komputera oraz badania mogą zostać zarchiwizowane na płycie CD/DVD.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez dedykowanego wózka medycznego z wbudowanym transformatorem bezpieczeństwa? Oferujemy dostarczenie zestawu komputerowego do wykonywania prób wysiłkowych umieszczonego na standardowym biurku komputerowym z zamontowanym urządzeniem do bezpiecznego zasilania systemów medycznych z jednofazowej sieci elektrycznej (transformator bezpieczeństwa).
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieżni o szerokości ruchomego pasa wynoszącej 49 cm?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieżni z fabrycznie zamontowanym przyciskiem bezpieczeństwa z lewej strony poręczy?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy gwarancyjnej wynoszący nie dłużej niż 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w okresie gwarancji wyłącznie w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.

**Zamawiający udziela odpowiedzi:**

- Ad)1 Zamawiający nie wyraża zgody na system Linux OpenSuse ani zainstalowanych dwóch systemów na komputerze.
- Ad)2 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez możliwości wyboru kryterium określającego tętno maksymalne osobno dla kobiet i mężczyzn.
- Ad)3 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez analizy arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu
- Ad)4 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych bez możliwości archiwizacji badań na nośniku USB.
- Ad)5 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych umieszczonego na standardowym biurku komputerowym z zamontowanym urządzeniem do bezpiecznego zasilania systemów medycznych z jednofazowej sieci elektrycznej (transformator bezpieczeństwa).
- Ad)6 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie bieżni o szerokości ruchomego pasa wynoszącej 49 cm.
- Ad)7 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie bieżni z fabrycznie zamontowanym przyciskiem bezpieczeństwa z lewej strony poręczy.
- Ad)8 Zamawiający nie wyraża zgody na czas naprawy gwarancyjnej wynoszący nie dłużej niż 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy.
- Ad)9 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie sprzętu zastępczego w okresie gwarancji wyłącznie w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.

Zamawiający

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szczercowie  
mgr Barbara Kałużewska